

Pumpestart- dokument



Takk for at du har valgt Animas insulinpumpe

Vi håper du blir fornøyd med din nye pumpe. Rubin Medical AS ønsker å være den tryggeste partner innenfor insulinpumpebehandling, og har derfor personlig akutt teknisk pumpeoppsett døgnet rundt alle dager på telefon:

480 80 830

Navn: _____

Fødselsdato: _____

Ansvarlig sykepleier: _____

Telefon: _____

Kontrollskjema for oppstart pumpebehandling

Grunn dosering før oppstart

Langsomtvirkende insulin: Totalt _____ E
Hurtigvirkende insulin: Frokost _____ E
Lunsj _____ E
Middag _____ E
Kvelds _____ E

Totalt i døgnet ved pennbehandling _____ E

Pumpedosering Total dosering _____ E
20% reduksjon _____ E
Ny total dose _____ E

Ny totaldose deles i 2 deler. 1 del basal og 1 del bolus

50% basal _____ E
50% bolus _____ E

Basaldose nr 1 (hverdag)

Klokkeslett	Dosering pr time	Klokkeslett	Dosering pr time
00:00		E	E
		E	E
		E	E
		E	E
		E	E
		E	E

Pumpefunksjoner og sjekkliste – starte med insulinpumpe

For at du skal få god informasjon om insulinpumpebehandling er det viktig å få korrekt informasjon. Det er ditt ansvar som bruker å bruke pumpen på korrekt måte. Vi har derfor laget en sjekkliste som skal hjelpe deg å kontrollere at du har fått tilstrekkelig og nødvendig informasjon. Les gjerne gjennom og still spørsmål ved oppstart. Kryss av etter hvert som de ulike punktene gjennomgås. Merk at noe av informasjonen kan du ha fått ved ulike tilfeller og tidspunkter.

Introduksjon	Sikkerhet	Øvrig informasjon
<p>Egenbehandling</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hyperglykemi<input type="checkbox"/> Forebygge av ketoacidose<input type="checkbox"/> Hypoglykemi<input type="checkbox"/> Variere appliseringsplass<input type="checkbox"/> Nødutstyr – akutt kit <p>Forstå pumpebehandling</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Basaldose<input type="checkbox"/> Bolusdose – måltidsbolus<input type="checkbox"/> Insulintype – korttidsvirkende (ingen insulindepot) <p>Grunnleggende funksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Sette i batteri<input type="checkbox"/> Tastefunksjoner<input type="checkbox"/> Bytte batterilokk<input type="checkbox"/> Bytte reservoarlokk<input type="checkbox"/> Verifisere menyen<input type="checkbox"/> Startskjerm – klokke meny<input type="checkbox"/> Hovedmeny<input type="checkbox"/> Sette på og ta av klipset <p>Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tid og Dato<input type="checkbox"/> Basaldose<input type="checkbox"/> Kontrollere basaldoser<input type="checkbox"/> Midlertidig basaldose<input type="checkbox"/> Bolusdose<input type="checkbox"/> Lydbolus/Audiobolus<input type="checkbox"/> Avbryte påbegynt bolusdose<input type="checkbox"/> Maks basal<input type="checkbox"/> Maks bolus<input type="checkbox"/> Maks daglig total/2 timer<input type="checkbox"/> Historikk meny	<p>Sikkerhetsfunksjoner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Advarsel og alarm<input type="checkbox"/> Lavt insulinnivå<input type="checkbox"/> Okklusjon<input type="checkbox"/> Lekkasje<input type="checkbox"/> Tastelås<input type="checkbox"/> Magnetfelt<input type="checkbox"/> Auto-Av (avansert inst.) <p>Reservoar og infusjonssett</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Viktig med håndhygiene<input type="checkbox"/> Ulike typer av infusjonssett<input type="checkbox"/> Stempelstangen<input type="checkbox"/> Fylle reservoar (ampulle)<input type="checkbox"/> Fjerne luftbobler<input type="checkbox"/> Applisere infusjonssettet<input type="checkbox"/> Koble sammen reservoar og infusjonssett<input type="checkbox"/> Prime/Tilbakespoling<ul style="list-style-type: none">- Tilbakespoling- Sette inn reservoaret/ampullen- Priming- Fylle nålen<input type="checkbox"/> I forbindelse med bytte av infusjonssett og priming skal pumpen ALLTID være koblet bort fra kroppen. <p>Feilsøking</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Høyt blodsukker, hva kan dette skyldes?<input type="checkbox"/> Hva skal man tenke på?<input type="checkbox"/> Frekvensbytte av reservoar og infusjonssett<input type="checkbox"/> Insulinmangel og ketoner<input type="checkbox"/> Kulde og varme<input type="checkbox"/> Blod i slangen	<p>Ta vare på pumpen</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Akutt teknisk pumpe support Tlf: 480 80 830<input type="checkbox"/> Bra måter å bære pumpen<input type="checkbox"/> Hvordan beskytte pumpen<input type="checkbox"/> Beskytte skjermen mot riper<input type="checkbox"/> Daglig kontroll av pumpen ved sengetid og oppvåkning <p>Å leve med pumpe</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Når pumpen kan eller skal tas av?<input type="checkbox"/> Hvor lenge kan pumpen være frakoblet?<input type="checkbox"/> Skriv alltid ned og ta vare på ditt aktuelle basaldose-program <p>Verd å vite</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Hvor effektivt er pumpebehandling sammenlignet med multiinjeksjonsteknikk?<input type="checkbox"/> Hva inngår i garanti?<input type="checkbox"/> Pumpetilbehør – bestilles gjennom din lokale behandlingshjelpemiddelsentral.

I henhold til loven plikter vi å ha mulighet til å spore våre produkter. Det innebærer at vi må kunne nå deg med viktig informasjon om det skulle behøves. Vi ber deg derfor om å hjelpe oss ved å fylle inn opplysningene under.

Det utfylte dokumentet kan leveres direkte til vår representant, eller til diabetessykepleieren slik at det kan fakses/sendes til oss.

Obligatoriske opplysninger

Pumpens serienummer: _____ Pumpe startdato: _____

Pumpebrukers navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Sted: _____ Tlf: _____

E-post: _____

Frivillige opplysninger

Hvilket sykehus tilhører du? _____

Hva heter din lege/diabetessykepleier? _____

Vil du ha nyhetsbrev via e-post?

Ja

Nei

Har du brukt Pumpe tidligere? Hvis

Ja

Nei

JA, hvilken modell og merke? _____

Vennligst skriv under på at du har mottatt informasjonen som finnes på sjekklisten på forrige side.

Pumpebrukers signatur: _____ (Alt. foresattes signatur)